

Tempit® L/C



Portuguese

30 x 0,25g Cura leve temporária para blocos comuns e com cobertura. O uso de desensibilizador de dentina, como D/SENSE, é recomendado.
10°C-24°C

- 1) Lave e seque a cavidade.
- 2) Coloque a ponta no cabo da seringa C-R® e remova a tampa.
- 3) Comprima a seringa e injete no preparado, usando pressão firme e vagarosa. Não force.
- 4) Em aplicações de blocos comuns e com cobertura, mantenha as áreas de contato livres de material com uma faixa de molde.
- 5) Trate levemente toda a superfície por um mínimo de 45 segundos.
- 6) Cheque oclusões. O excesso pode ser removido com um instrumento de rotação ou bisturi.
- 7) Remova a ponta da seringa e descarte-a adequadamente.
- 8) Para remover TEMPIT L/C, introduza no material um explorador afiado e arranque. Não deve ser usado em pacientes com conhecida sensibilidade ao metacrilato. Não use na presença de eugenol.

Deutsch

30 x .25g schwach aushärtender Übergangsüberzug für inlays und onlays. Die Verwendung eines Dentin-Desensibilisierungsmittels, wie z.B. D/SENSE®, wird empfohlen.
10°C - 24°C

- 1) Die Kavität ausspülen und trocknen.
- 2) Die Spitze in den C-R®-Spritzengriff setzen, und die Kappe abnehmen.
- 3) Langsamen, gleichmäßigen Druck auf die Spritze ausüben, und in die vorbereitete Kavität injizieren. Keine Gewalt anwenden.
- 4) Bei Anwendungen mit Inlays bzw. Onlays die Kontaktbereiche mit einem Formband vor Materialauftrag schützen.
- 5) Alle Oberflächen mindestens 45 Sekunden lang schwach aushärten lassen.
- 6) Die Okklusion überprüfen. Mit einem Schleifinstrument bzw. einem Skalpell kann das überschüssige Material entfernt werden.
- 7) Die Spitze von der Spritze abnehmen, und die Spitze ordnungsgemäß entsorgen.
- 8) Zum Entfernen von TEMPIT® L/C eine scharfe Sonde in das Material stecken und das Material herausziehen. Nicht für Patienten verwenden, die bekanntermaßen gegen Methakrylat überempfindlich sind. Nicht zusammen mit Eugenol verwenden.

Italiano

30 x .25g di materiale provvisorio fotoattivato per intarsi comuni ed occlusali. Si consiglia di usare un desensibilizzatore della dentina quale il D/SENSE®.
10°C-24°C

- 1) Sciagquare ed asciugare la cavità.
- 2) Collocare la punta nell'impugnatura della siringa C-R® e rimuovere il tappo.
- 3) Premere l'impugnatura della siringa ed iniettare nel preparato, esercitando una pressione lenta ed uniforme. Non forzare.
- 4) Nel caso delle applicazioni di intarsio occlusale, mantenere libere dal materiale le superfici di contatto per mezzo di una matrice.
- 5) Fotoindurire tutte le superfici per un minimo di 45 secondi.
- 6) Controllare l'occlusione. Rimuovere il materiale in eccesso con una fresa o un bisturi.
- 7) Rimuovere la punta dalla siringa e smaltirla in modo appropriato.
- 8) Per rimuovere TEMPIT® L/C, inserire un sonda nel materiale ed estrarlo. Non usare su pazienti sensibili al metacrilato. Non usare in presenza di eugenolo.

English

30 x .25g Light-cure temporary for inlays and onlays. Use of a dentin desensitizer such as D/SENSE™ is recommended.
Intended for use for less than 30 consecutive days.
10° C -24° C
50°F -75° F

- 1) Rinse and dry cavity.
- 2) Place tip into C-R® Syringe handle and remove cap.
- 3) Squeeze syringe and inject into preparation, using a slow, steady pressure. Do not force.
- 4) In inlay/onlay applications, keep the contact areas free of material with a matrix band.
- 5) Light cure all surfaces for a minimum of 45 seconds.
- 6) Check occlusion. Excess can be removed with a rotary instrument or scalpel.
- 7) Remove tip from syringe and dispose of properly. Sterilize C-R syringe handle.
- 8) To remove TEMPIT® L/C, insert a sharp explorer into the material and pull out. Do not use on patients with a known sensitivity to methacrylate. Do not use in presence of eugenol.

Nederlands

30 x .25g lichtbehandeling temporary voor inlays (vullingen) en onlays. Het gebruik van een tandstof-desensibiliseringsmiddel zoals D/SENSE® wordt aanbevolen.
10°C - 24 °C

- 1) Spoel en droog het gaatje af.
- 2) Plaats de punt in de C-R® injectiespuiting en verwijder het dopje.
- 3) Op de injectiespuit drukken en in de preparatie injecteren met langzame, gelijkmatige druk. Niet forceren.
- 4) Bij het aanbrengen van inlays/onlays dienen de contactgebieden vrij van materiaal gehouden te worden d.m.v. een matrixband.
- 5) Behandel alle oppervlakken minstens 45 seconden lang met licht.
- 6) Controleer de oclusie. Overmatig materiaal kan verwijderd worden met een draai-instrument of een scalpel.
- 7) Verwijder de punt van de injectiespuit en gooi hem weg in de daarvoor bestemde afvalbak.
- 8) Om de TEMPIT® L/C te verwijderen, dient u een scherp onderzoekingsinstrument in het materiaal te steken en uit te trekken. Niet gebruiken op patiënten met een bekende overgevoeligheid tegen methacrylaat. Niet gebruiken als eugenol aanwezig is.

Español

30 x .25g Temporal curado con luz para incrustaciones comunes e incrustaciones con recubrimiento de la cara oclusal. Se recomienda el uso de un desensibilizador de dentina como D/SENSE®.
10°C - 24°C

- 1) Enjuague y seque la cavidad de la caries.
- 2) Coloque la punta dentro del asidero de la jeringa C-R® y quite la tapa.
- 3) Presione la jeringa e inyecte dentro de la preparación, usando una presión lenta y constante. No lo fuerce.
- 4) En aplicaciones de incrustaciones comunes o con recubrimiento de la cara oclusal, mantenga las áreas de contacto libres de material con una cinta matriz.
- 5) Cure con luz todas las superficies durante un mínimo de 45 segundos.
- 6) Revise la oclusión. El exceso se puede quitar con un instrumento rotatorio o con un escalpelo.
- 7) Quite la punta de la jeringa y deséchela adecuadamente.
- 8) Para quitar el TEMPIT® L/C, inserte un explorador filoso dentro del material y tire hacia fuera. No lo use en pacientes con una sensibilidad conocida al metacrilato. No lo use en presencia de eugenol.

Français

Plombage provisoire photo-polymérisé pour les obturations dentaires internes et apposées de 30 x .25g. L'utilisation d'un produit de désensibilisation de la dentine telle que D/SENSE® est recommandée.
De 10° à 24°C

- 1) Rincez et séchez la cavité.
- 2) Placez l'embout dans la poignée de la seringue C-R® et enlevez le capuchon.
- 3) Appuyez sur la seringue et injectez lentement en maintenant une pression constante. Ne forcez pas.
- 4) Pour les applications de plombage interne et apposé, utilisez une bande matricielle afin de garder les surfaces de contact libres de tout matériau.
- 5) Procédez à la photo-polymérisation de toutes les surfaces pendant au moins 45 secondes.
- 6) Vérifiez l'obturation. L'excédent peut être retiré grâce à un instrument rotatif ou à un scalpel.
- 7) Retirez l'embout de la seringue et jetez-le de manière appropriée.
- 8) Pour retirer le TEMPIT® L/C, insérez un instrument d'exploration pointu dans le matériau et tirez. N'utilisez pas ce produit sur des patients ayant une sensibilité reconnue au méthacrylate. N'utilisez pas en présence d'eugénol.

Dansk

30 X .25g lethærdende midlertidig til indlæg og pålæg. Det anbefales at anvende et dentindesensibiliseringsmiddel, f.eks. D/SENSE®
10°C – 24°C

- 1) Skyl og tør kaviteten.
- 2) Anbring spidsen i C-R® sprøjtehandtaget og tag hættten af.
- 3) Tryk på sprøjten og injicér i præparatet. Brug langsomt, jævnt tryk. Lad være at forcere det.
- 4) Til anbringelse af indlæg/pålæg skal kontaktområdet holdes fri for materialer med et matrix-bånd.
- 5) Hærd alle overflader let i mindst 45 sekunder.
- 6) Kontrollér okklusion. Overskud kan fjernes med et roterende instrument eller en skalpel.
- 7) Tag spidsen af sprøjten og kassér den på rette måde.
- 8) TEMPIT® L/C fjernes ved at stikke en skarp sonde i materialet og trække ud. Må ikke anvendes til patienter, som vides at være overfølsomme overfor metakrylsyreester. Må ikke anvendes, hvis der eugenol til stede.

Svenska

30 x .25g lätt härdningsmedel (LC, light cure) temporärt för inlays och onlays. Det rekommenderas användning av ett okänslighetsgörande medel för dentin såsom D/SENSE®.
10°C - 24 °C

- 1) Skölj och torka håligheten.
- 2) Placera spetsen i C-R®-spruthandtaget och tag bort locket.
- 3) Tryck på sprutan och injicera i preparatet. Tillämpa ett stadigt, långsamt tryck. Använd ej tvång.
- 4) Vid inlay-/onlay-applikationer, håll kontaktytorna fria från material med ett matrisband.
- 5) Lätthärda alla ytor under minst 45 sekunder.
- 6) Undersök ocklusion. Överskottsmaterial kan avlägsnas med ett roterande instrument eller med skalpell.
- 7) Tag bort spetsen från sprutan och kassera den enligt rutinerna.
- 8) För att avlägsna TEMPIT® L/C-medlet, för in ett vasst explorer-verktyg i medlet och drag ut. Får ej användas på patienter med känd känslighet för metakrylat. Använd ej vid förekomst av eugenol.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

SECTION I - Product/ Company Identification

Product Trade Name: Tempit® L/C
Light- Activated Temporary Material for Inlays & Onlays
Part (Item) Numbers: 310063
Manufacturer: CENTRIX INC
Address: 770 RIVER ROAD
City, State, Zip: SHELTON, CT 06484
Emergency Telephone Number: (800) 235-5862 USA & CANADA
Information Telephone Number: (800) 235-5862 (203) 929-5582

SECTION II - Hazardous Ingredients / Identity Information

Hazardous Components:	%	CAS NO.	SYMBOL	R	OTHER LIMITS
HEMA	6-10%	868-77-9	Xi	36-38	
UDMA	10-14%	41137-60-4	Xi	36-38	
Carbomer 941	40-45%	US-Pharmacop	Xi	36-38	

SECTION III - Hazards Identification

Designation of risk: Xi, irritant
Special details of risk (R-categories): 36/37/38
Detrimental effects/symptoms: Irritant in case of eye, skin and inhalation contact

SECTION IV - First Aid Measures

Skin: Rinse thoroughly with plenty of water.
Ingestion: Contact immediately a physician.
Inhalation: Fresh air, in case of indisposition or nausea contact a doctor.
Eyes: Rinse thoroughly with water, contact a doctor.
Information for the attending physician: Material for dental or laboratory use only.

SECTION V - Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media: Foam, carbon dioxide, powder fire extinguishers.
Forbidden extinguishing media: Water.
Unusual fire and explosion hazards: None.
Special protection equipment: No data available.

SECTION VI - Accidental Release Measures

Personal precautions: Avoid eye and/or skin contact.
Environmental precautions: Do not let the material get in contact with sewage systems.
Reclaiming methods: Take up mechanically, use common absorbents.

SECTION VII - Handling and Storage

Handling: Only by qualified staff in dental offices or dental laboratories.
Storage: Tightly closed at room temperature.
Containers: Store in good ventilated rooms and areas.
Incompatibilities: Do not store together with food.
Other precautions: Keep out of the reach of children.

SECTION VIII - Exposure Controls / Personal Protection

General measures: None.
Limits:
Respiratory protection: Do not breathe or inhale vapour or dust.
Eye protection: Goggles/Eyeshields.
Skin protection: Overalls, rubber gloves.
Hands protection: Overalls, rubber gloves. And wash hands after use.
Other equipment:

SECTION IX - Physical and Chemical Properties

Appearance:	Yellow to White Paste	Explosion limits:	N/A
Odor:	Methacrylate-like	Water solubility:	mg/l
Boiling point:	N/A	Evaporation rate:	
Flash point:	N/A		

SECTION X - Stability and Reactivity

Stability:
Conditions to avoid: Light exposure, heat.
Materials to avoid: Radical initiators, e.g., peroxides
Hazardous decomposition products: HCN, cyanides
Further particulars: Material cures in case of light exposition.

SECTION XI - Toxicological Information

SECTION XII - Ecological Information

SECTION XIII - Disposal Considerations

In accordance with local authorities.

SECTION XIV - Transport Information

SECTION XV - Regulatory Information

Hazard Classification Symbol:

Ingredients determining the label: The information in this MSDS does not constitute an assessment of workplace risk.

SECTION XVI - Other Information

Handling of product exclusively by dental specialists according to instructions for use.

CAUTION: PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or using it together with any other process/procedure will be exclusively under the user's responsibility.



CENTRIX INCORPORATED

770 River Road, Shelton, CT 06484 USA
TEL. (203) 929-5582 TOLL-FREE (800) 235-5862 FAX (203) 929-6804 www.centrixdental.com

CENTRIX EUROPE
Neugasse 2C, D-65719 Hofheim, Germany

